

Szerződés

mely létrejött egyrészről az

* **Országos Vérellátó Szolgálat** (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.; adószám: 15329365-2-43; kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter főigazgató) mint megrendelő,
- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

* **Lambda-Med Kft.** (székhelye: 1026 Budapest, Hidász u.7.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-163362; adószáma: 10668407-2-41; bankszámlaszáma: Citibank Zrt. 10800014-90000006-10646077; képviseli: Dr. Viczián Miklós ügyvezető) mint vállalkozó
- a továbbiakban: Vállalkozó -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 11/OVSZ/2008. számon közbeszerzési eljárást bonyolított le vérellátásban alkalmazott Baxter, Biomerieu, Chrono-log és Helmer gyártmányú-készülékek (a továbbiakban: készülékek) garanciaidőn túli időszakos karbantartásának és eseti javításának beszerzésére. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján, a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást Vállalkozó az 1., 2., 3. és 4. sorszámú részajánlat tekintetében, szerződésben specifikált szolgáltatások tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel felek az alábbi szerződést kötik:

1.) Szerződés tárgya:

- 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által kidolgozott, 2008. július 16. napján kelt Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében és a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott készülékek garanciaidőn túli időszakos karbantartása és eseti javítása.

Vállalkozó köteles elvégezni – az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében és a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott ciklusonként, Megrendelő által ütemezett és Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban – a gyári előírások szerint a készülékek karbantartását, és szükség szerint a hibás alkatrészek cseréjével azok helyszíni javítását.

- 1.2. Eseti javításnak minősül a meghatározott karbantartási időszakok szerint esedékes karbantartási munkákon kívül, attól eltérő időpontban, meghatározott készüléken, meghatározott hiba elhárítása érdekében végzett munka.

- 1.3. A szolgáltatással érintett készülékek mennyisége:
1. rész tekintetében: 127 darab Baxter gyártmányú készülék
 2. rész tekintetében: 5 darab Biomerieu gyártmányú készülék
 3. rész tekintetében: 1 darab Chrono-Log gyártmányú készülék
 4. rész tekintetében: 42 darab Helmer gyártmányú készülék
- összesen: 175 darab

Megrendelő a szerződés teljesítése során a karbantartandó készülékek mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően +30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni a jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint.

- 1.4. A Vállalkozó által végzett szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Vállalkozó által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek / paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve a Vállalkozó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. A közbeszerzési eljárás iratanyaga – különös tekintettel az Ajánlattételi Felhívásra és az Ajánlati Dokumentációra - a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2.) Szerződéses érték:

- 2.1. A Megrendelő által jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott készülékek után karbantartási díj jogcímén a Vállalkozónak fizetendő összeg:

- az 1. részben meghatározott készülékek tekintetében nettó 7.844.150,- Ft/alkalom, azaz nettó Hétmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-százötven forint/alkalom + 20 % ÁFA, bruttó 9.412.980,- Ft/alkalom, azaz Kilencmillió-négyszáztizenekezer-kilencszáznyolcvan forint/alkalom;
- a 2. részben meghatározott készülékek tekintetében nettó 362.900,- Ft/alkalom, azaz nettó Háromszázhatvankétezer-kilencszáz forint/alkalom + 20 % ÁFA, bruttó 435.480,- Ft/alkalom, azaz Négyszázharmincötezer-négyszáznyolcvan forint/alkalom;
- a 3. részben meghatározott készülék tekintetében nettó 79.800,- Ft/alkalom, azaz nettó Hetvenkilencezer-nyolcszáz forint/alkalom + 20 % ÁFA, bruttó 95.760,- Ft/alkalom, azaz Kilencvenötezer-hétszázhatvan forint/alkalom;
- a 4. részben meghatározott készülékek tekintetében nettó 1.818.300,- Ft/alkalom, azaz nettó Egymillió-nyolcszáztizennelcezer-háromszáz forint/alkalom + 20 % ÁFA, bruttó 2.181.960,- Ft/alkalom, azaz Kétmillió-száznyolcvanegyezer-kilencszázhatvan forint/alkalom.

Megrendelő a Vállalkozó által ténylegesen és a jelen szerződés 4.6. pontja szerint igazoltan elvégzett karbantartási szolgáltatás után köteles karbantartási díj fizetésére. A karbantartással érintett egyes készülékekre vonatkozó készülékenkénti, a számlázás alapját képező egységárat a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A karbantartási díj magában foglalja a helyszínen végzett karbantartási munkák munkadíját, a karbantartáshoz szükséges anyagok árát, és minden egyéb felmerült költséget a jelen szerződés 2.3. pontjában foglalt kiszállási díj kivételével.

- 2.2. Vállalkozó a szerződésben meghatározott valamennyi készülék eseti javítását ingyenesen végzi, nem számít fel egy készülék tekintetében sem javítási óradíjat,

munkadíjat, egyéb költséget. Eseti javítások esetén Vállalkozó kizárólag az anyagköltség és a kiszállási díj felszámítására jogosult.

Amennyiben a vérvételi rázómérlegeket Megrendelő szállítja be Vállalkozó telephelyére, abban az esetben Vállalkozó nem számít fel kiszállási díjat sem a készülékek javításáért.

Az eseti javítások anyagdíját Vállalkozó köteles leszámlázni. Amennyiben Megrendelő a piaci árak alapján magasnak ítéli meg az anyagköltséget, jogosult – a számla fizetési határidejének lejárta előtt – annak indokoltságát igazoltatni. Vállalkozó a bruttó 100.000,- Ft értéket meghaladó eseti javításokat megelőzően külön árajánlatot köteles benyújtani. A bruttó 100.000,- Ft anyagköltséget meghaladó értékű javítás megkezdésének feltétele az árajánlat Megrendelő általi írásbeli elfogadása.

2.3. A kiszállási díj nettó 105 Ft/km + 20 % ÁFA, azaz bruttó 126 Ft/km.

A teljesítés során, a kiszállási díj számlázása esetén a Vállalkozó által a jelen szerződés 4. sz. mellékletében megállapított díjakat kell alkalmazni, melyek meghatározása – a későbbiekben esetlegesen a teljesítési helyek címeinek vagy Vállalkozó székhelye/telephelye(i)/fióktelepe(i)/tevékenység gyakorlásának helye(i) megváltozásának esetére is irányadóan - a következőképpen történik:

Megrendelő egyes vérellátói és Vállalkozó legközelebbi székhelye/telephelye(i)/fióktelepe(i)/tevékenység gyakorlásának helye(i) közötti távolságot a www.utvonalterv.hu, vagy a terkep.t-online.hu, vagy a www.terkep24.hu internetes online útvonaltervező oldalak segítségével kell kiszámítani úgy, hogy ott a „legrövidebb távolság/út” beállítást- és a címadatokat házszám szintű találati pontossággal kell megadni.

Vállalkozó által számlázott és Megrendelő által ellenőrzött távolságok között legfeljebb +2%-os eltérés engedélyezett azzal, hogy a szerződés teljesítése során esetlegesen felmerülő forgalomelterelések, útlezárások miatti futástöbblet igazolására Megrendelő lehetőséget biztosít az illetékes közútkezelő által kiállított tanúsítvány alapján.

Vállalkozó a mindenkor hatályos cégjegyzékben szereplő székhelye/telephelye(i)/fióktelepe(i) szerinti településsel azonos közigazgatási területhez tartozó teljesítési hely tekintetében kiszállási díjat nem számíthat fel. Vállalkozó írásban köteles bejelenteni, amennyiben cégjegyzékben szereplő székhelyében, telephelyében, fióktelepében változás következik be, és a változást a cégbírósági bejegyző határozat másolatával köteles igazolni.

Amennyiben Vállalkozó Megrendelő vérellátójában egyazon napon jelen szerződésben rögzített kötelezettségén kívül eltérő szerződésből eredő szolgáltatást is teljesít Megrendelő részére – más hatályos szerződés egyidejű (rész)teljesítése -, Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten vállalja, hogy csak egy kiszállási díjat számláz, mégpedig a jelen szerződésben meghatározott kiszállási díj alapulvételével.

Vállalkozó ugyanazon teljesítési hely vonatkozásában egy napon csak egy alkalommal jogosult kiszállási díj felszámítására. Egy karbantartási időszakban, illetőleg egy meghibásodással kapcsolatos javítási munka esetén Vállalkozó kizárólag különösen indokolt esetben, igazoltan, Megrendelő jóváhagyásával jogosult ugyanazon teljesítési hely tekintetében többször kiszállási díjat kiszámlázni.

3.) **Fizetési mód:**

- 3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét a szolgáltatásnak a jelen szerződés 1. pontjában és 2. sz. mellékletében (Ajánlati Dokumentáció III. fejezet 2. pont) rögzítetteknek megfelelően, az esedékes karbantartási időszak szerinti szerződésszerű teljesítését, illetve a javítás szerződés szerinti elvégzését követően, a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Vállalkozónak Citibank Zrt -nél vezetett 10800014-90000006-10646077 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

Vállalkozó a számla kiállítására az egyazon karbantartási időszakban esedékes munkák teljes körű és szerződésszerű teljesítését követően havonta jogosult.

A számla mellékletét kell képezniük az adott munkákra vonatkozó teljesítésigazolásoknak és munkalapoknak.

Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének feltétele a karbantartási -, a javítási díjról, valamint a kiszállási díjról kiállított számlák átadása. A fizetési határidő kezdő időpontja a számla Megrendelő általi kézhezvételének napja.

- 3.2. A karbantartási díj és az egyéb díjak (kiszállási díj egységára) a szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig kötöttek, az eseti javítás a szerződés teljes időtartama ingyenes. Az ezt követő időszakra vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó egyoldalú nyilatkozatával, évente egy alkalommal megváltoztatható. A megváltozott díjakról szóló eredeti nyilatkozatot első alkalommal a szerződés hatályba lépésétől számított egy év elteltét követő hónap 1. napjáig, ezt követően az adott évek ugyanezen napjáig kell eljuttatni a Megrendelőnek. A megváltozott díjak a nyilatkozattétel fentiek szerint meghatározott napján lépnek hatályba, és legalább egy naptári évre vonatkozóan hatályosak.
- Amennyiben Vállalkozó az adott év fentiekben meghatározott napjáig nem nyilatkozik az éves árváltozásról, a díjak előző évben hatályos mértéke az irányadó a következő évben is.

Az esetleges díjváltozás mértéke a KSH által közzétett, a közzétételt megelőző naptári évre vonatkozó éves fogyasztói árindex 80 %-a.

- 3.3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő számlavezetője Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

- 3.4. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített karbantartási kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

- késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett készülék(ek) alkalmakra meghatározott bruttó (ÁFA-val növelt összegű) karbantartási díj(i)ra vetítve napi tíz százalék;
- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett készülék(ek) bruttó, ÁFA-val növelt alkalmankénti karbantartási díjára vetítve huszonöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése

esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a huszonöt százalékot meghaladja;

- a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés megghiúsulása esetén az éves bruttó karbantartási díj harminc százaléka.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

Késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha Vállalkozó adott készülék karbantartását az előző karbantartás időpontját követő - az adott készülékre irányadó karbantartási ciklusra figyelemmel, annak megfelelően - 6 vagy 12 hónapon belül nem kezdi meg, vagy ha bármely készülék karbantartását a karbantartás megkezdését követő 1 munkanapon belül nem fejezi be.

A karbantartás megghiúsulásának tekintendő, ha Vállalkozó adott készülék karbantartását az előző karbantartás időpontját követő - az adott készülékre irányadó karbantartási ciklus függvényében, annak megfelelően - 7 vagy 13 hónapon belül nem kezdi meg vagy ha bármely készülék karbantartását a megkezdését követő 10 napon belül nem fejezi be.

3.5. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített eseti javítási kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

- késedelmes és hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke minden megkezdett nap tekintetében napi 5.000,-Ft,
- a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés megghiúsulása esetén 100.000,-Ft.

Vérvételi rázómérlegek (CM-X3, Optimix), a coagulométerek (Coag-A-Mate XM, Coag-A-Mate MTX), az automata mosó (W-400), aggregométer (460) esetén késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha Vállalkozó a javítást a jelen szerződés 4.9. pontja szerinti hibabejelentést követő 2. munkanapon nem kezdi meg, vagy ha a javítást a megkezdését követő 10 munkanapon belül nem fejezi be. Automata vérkomponens szeparátorok (Optipress II), sejtszeparátorok (Amicus, Alyx), trombocita rázók (PF48, PFS84, PF96), inkubátorok (I-500, PC2200), valamint inkubátorral ellátott trombocita rázók (PC4200) tekintetében késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha a Vállalkozó a javítást a jelen szerződés 4.9. pontja szerinti hibabejelentést követő munkanap 24. órájáig nem kezdi meg, vagy ha a javítást a megkezdését követő 10 munkanapon belül nem fejezi be.

Vérvételi rázómérlegek (CM-X3, Optimix), a coagulométerek (Coag-A-Mate XM, Coag-A-Mate MTX), az automata mosó (W-400), aggregométer (460) esetén a szerződés nemteljesítésének tekintendő, ha a Vállalkozó a javítást a jelen szerződés 4.9. pontja szerinti hibabejelentést követő 5. munkanapig nem kezdi meg, vagy ha a megkezdett hibajavítást 20 munkanapon belül nem fejezi be. Automata vérkomponens szeparátorok (Optipress II), sejtszeparátorok (Amicus, Alyx), trombocita rázók (PF48, PFS84, PF96), inkubátorok (I-500, PC2200), valamint inkubátorral ellátott trombocita rázók (PC4200) esetén a szerződés nem teljesítésének tekintendő, ha a Vállalkozó a javítást a jelen szerződés 4.9. pontja szerinti hibabejelentést követő 5. munkanapig nem kezdi meg, vagy ha a megkezdett hibajavítást 11 munkanapon belül nem fejezi be. Vállalkozó a 11. munkanapot követően cserekészülék biztosítására köteles.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

- 3.6. Vállalkozó mentesül a jelen szerződés 3.4. és 3.5. pontjaiban meghatározott késedelmes teljesítésből eredő kötbérfizetési kötelezettsége alól abban az esetben, amennyiben a késedellel érintett teljes időtartamra a késedelmes teljesítéssel érintett készülék(ek)kel legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, kifogástalan állapotú cserekészülék(ek)et biztosít.

4.) **A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások:**

- 4.1. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges képzettséggel, továbbá a reá hatályos jogszabályok és a gyártó által megkívánt engedélyekkel, illetve személyi és tárgyi feltételekkel a szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezik. Amennyiben Vállalkozó ezen jogosultságát elvesztené, vagy az általa fenntartott szervezet az előzőek szerint elvárt színvonalú szolgáltatás nyújtására alkalmatlanná válik, Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Vállalkozó a karbantartáshoz szükséges anyagok kifogástalan minőségéért felelősséget vállal.

- 4.2. A karbantartási ciklus készüléktípusonként eltérő, az Ajánlati Dokumentációban és a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint 6, illetve 12 hónap, a karbantartás műszaki tartalmát pedig a jelen szerződés 2. számú melléklete, valamint a gyártók által kibocsátott dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő alaptevékenysége zavartalanosságának biztosítása érdekében Vállalkozó – Megrendelőtől kapott ütemezésnek megfelelően - a karbantartás konkrét időpontját köteles előzetesen egyeztetni Megrendelő érintett vérellátójával, valamint Műszaki és Üzemeltetési Osztályával (kapcsolattartó: Bagó András osztályvezető, tel.: 372-4216, fax.: 372-4217, Merfelsz Józsefné műszaki főelőadó, tel.: 372-4418).
- 4.3. Vállalkozónak a karbantartást folyamatos munkavégzés mellett a lehető legrövidebb időn belül, de a munka megkezdésétől számított legkésőbb 1 munkanapon belül és legkésőbb az adott készülékre vonatkozó utolsó karbantartási időpontot követő – az adott készülékre irányadó karbantartási ciklusnak megfelelően - 6 vagy 12 hónapon belül kell elvégeznie.

Vállalkozó köteles az eseti javítást a hiba bejelentését követő legkésőbb második munkanapon, automata vérkomponens szeparátorok (Optipress II), sejtszeparátorok (Amicus, Alyx), trombocita rázók (PF48, PFS84, PF96), inkubátorok (I-500, PC2200), valamint inkubátorral ellátott trombocita rázók (PC4200) esetén a hibabejelentést követő munkanap 24. órájáig megkezdni és 24 órán belül befejezni.

Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó hitelt érdemlően igazolja, hogy a javításhoz szükséges alkatrész beszerzése hosszabb időt vesz igénybe – különösen a gyártó (annak képviselője), az alkatrész forgalmazó nyilatkozatával, vagy a megrendelés szállítási határidőt tartalmazó visszaigazolásával -, a jelen pontban szabályozott 24 órás határidő kezdő időpontja az alkatrész megérkezésétől számítódik azzal, hogy ez a hibabejelentéstől számított 1 hónapnál hosszabb nem lehet és Vállalkozó ebben az esetben a jelen szerződés 3.6. pontjában meghatározott cserekészülék biztosítására köteles.

Ha az ütemezett karbantartási munkák végzése során Vállalkozó észleli az eseti javítás szükségességét, erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint jogosult a bruttó 100.000.- HUF értéket meg nem haladó anyagköltségű eseti javítás elvégzésére. Az e feletti javítások elvégzése külön megállapodás (előzetes árajánlat elfogadása, javítás megrendelése) tárgyát képezi.

- 4.4. A karbantartás elvégzésének helyszíne minden esetben az érintett vérellátó. Az eseti javításokat a Vállalkozó ajánlása és a Megrendelő döntése szerint a vérellátóban vagy a Vállalkozó telephelyén kell elvégezni. Ha a javítandó készüléket a Megrendelő juttatja el a Vállalkozó telephelyére, Vállalkozó nem jogosult kiszállási díjat követelni. Abban az esetben, amennyiben eszközmozgatás történik – vérellátó területére történő be-, illetőleg kiszállítások -, Vállalkozó szállítólevelet köteles kiállítani, mely dokumentum a munkalap szerves részét képezi.
- 4.5. A szerződésben foglaltak végrehajtása tekintetében
 - a Megrendelő képviselőjének azon területi szerv vezetője – illetőleg e vezető által írásban felhatalmazott más személy – minősül, ahol a munkavégzés történik. Kétség esetén mindenkor az adott szervezeti egység vezetője minősül a képviselőnek.
 - a Vállalkozó képviselőjének a hibabejelentés fogadására jogosult személy minősül. (telefon: 06-1-200-4312; telefax: 06-1-392-7256). Vállalkozó a hibabejelentést köteles a bejelentést követő munkanapon 12 óráig visszaigazolni.

Felek jelen pontban megnevezett képviselőinek feladat- és hatásköre nem terjed ki a jelen szerződés rendelkezéseinek módosítására, valamint pénzügyi kötelezettség-vállalásra.
- 4.6. Vállalkozó a karbantartás és/vagy a javítás elvégzése után köteles munkalapot felvenni az elvégzett munkákról, az elvégzett munkát részletezve a munkalapon vezetni, a munkával töltött időt a munkalapon feltüntetni, továbbá hitelesítési bizonylatot kiállítani az egyes készülékek számszerűen mérhető műszaki tulajdonságairól. A hitelesítési bizonylatok mintáit a 3. sz. melléklet tartalmazza. Vállalkozó képviselője a munkalap egy példányát, illetőleg – mind a karbantartás, mind az eseti javítás körében – a cserélt alkatrészeket köteles a munkavégzés igazolására a Megrendelő jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott képviselője részére átadni. Vállalkozó ezt követően jogosult számla kiállítására, és annak a teljesítésigazolással együtt történő benyújtására.
- 4.7. Vállalkozó köteles a munkalap és a hitelesítési bizonylat, illetve a karbantartási és/vagy javítási munkákhoz kapcsolódó egyéb dokumentáció egy példányát az OVSZ Minőségbiztosítási osztályának megküldeni.
- 4.8. A készülékek felületi (általános) tisztítása Megrendelő azon alkalmazottjának feladata, aki a készüléket kezeli. A készülékek felületi (általános) tisztítása nem képezi a karbantartási szolgáltatás részét, míg a belső tisztítás a karbantartás részeként a Vállalkozó feladata.
- 4.9. Megrendelő a hibabejelentést joghatályosan írásban, Vállalkozó 06-1-392-7256 faxszámára elküldve jogosult megtenni, a hibabejelentés abban az időpontban érvényes és hatályos, amikor azt Megrendelő Vállalkozó fenti faxszámára igazoltan megküldi. A

hibabejelentéshez kapcsolódó határidők a hibabejelentés fentiek szerinti megküldésétől számítandók.

5.) **Jótállás:**

- 5.1. Vállalkozó az eseti javításokra – és az ebben a körben cserélt/javított/felhasznált alkatrészekre - 6 hónap, a cserélt fődarabokra 12 hónap jótállást vállal. Vállalkozó a karbantartási munkákra vonatkozóan jótállást vállal, melynek időtartama a következő esedékes karbantartás időpontjáig tart. A garanciális időszakban szükségessé vált eseti javítások után Vállalkozó kiszállási díj és alkatrészdíj felszámítására csak és kizárólag azokban az esetekben jogosult, amelyekben az esetleges hiba a garancia körén kívül eső okból állt be.
- 5.2. Vállalkozó a javítási és karbantartási munkák hibás teljesítéséből adódó készülékhibákat a saját költségére soron kívül köteles javítani. Az elmaradt vagy nem megfelelő karbantartási munkákat Vállalkozó soron kívül, költségtérítés nélkül elvégzi, kötbérfizetési kötelezettségének terhe mellett.
- 5.3. A szolgáltatás minőségét érintő kifogásokkal kapcsolatban a Megrendelő részéről az OVSZ Minőségbiztosítási Osztálya jár el.

6. A szolgáltatással érintett készülékekben bekövetkező változások

- 6.1. Azon készüléktípusok esetén, amelyek a jelen szerződés 1. sz. mellékletében megjelölésre kerültek, az összes készülék darabszámának +/- 30 %-ot nem meghaladó változása esetén a szerződés módosítására nincs szükség, a Felek vállalják a szerződés teljesítését a megváltozott mennyiség tekintetében.
- 6.2. A 6.1. pont rendelkezései irányadók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát képező készülék(ek) valamelyike(i) helyett Megrendelő ugyanazon gyártó ugyanazon funkciót ellátó, de újabb generációt képező készülékét alkalmazza. Amennyiben ezen új típusú készülék karbantartására a jelen szerződés 1. sz. melléklete nem tartalmaz díjtételt, abban az esetben Vállalkozó az új készülék karbantartását az általa megadott karbantartási díjért jogosult elvégezni, melynek összege nem lehet több, mint a többi készülék karbantartási díjának számtani átlaga. Amennyiben az újonnan beszerzett készülékre tartalmaz díjat a jelen szerződés, akkor annak a karbantartását a mellékletben megadott díjon kell elvégezni.
- 6.3. Vállalkozó vállalja a készülék karbantartását abban az esetben is, ha a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározottakhoz képest változik annak elhelyezése. Ebben az esetben a készülék karbantartási díja nem változik, de Vállalkozó a megváltozott elhelyezés szerint számlázhatja a kiszállási díjat.
- 6.4. A készülék db számában, típusában bekövetkező változásról Megrendelő az esedékes karbantartási munka megkezdése előtt 2 héttel köteles Vállalkozót értesíteni.
- 6.5. Jelen szerződés rendes felmondással 3 (három) hónapos felmondási idő mellett mondható fel.

7.) Egyéb feltételek:

7.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (levélben, telefaxon) kell történnie.

7.2. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példánnyal rendelkeznek.

7.3. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye.

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, robbanás. Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 8 (nyolc) napon belül értesíteni.

8.) Jogviták:

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából – pertárgyértéktől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog szabályai az irányadók.

A szerződést átolvasása, értelmezése után a felek mint szándékukkal, ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2008. szeptember 17.


Lambda-Med Kft.



Dr. Viczián Miklós
ügyvezető
Vállalkozó

Budapest, 2008. szeptember 17.

Országos Vérellátó Szolgálat



Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő

Ellenjegyzem:



Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes

1. sz. melléklete

Gyártó	Típus	Mennyiség (db)	Vérellátó	Karbantartás nettó díja (Ft/alkalom)	Karbantartás bruttó díja (Ft/alkalom)	ÁFA (%)	Eszköz	Évjárat	Gyártási sz.
Összesen:		175					1. részben szereplő készülékek		
Baxter	-	127	-	7 844 150,-	9 412 980,-	20			
Baxter	CM-X3	1	Békéscsabai TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3628
Baxter	CM-X3	1	Békéscsabai TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3630
Baxter	CM-X3	1	Békéscsabai TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1999	8938
Baxter	CM-X3	1	Békéscsabai TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1999	8937
Baxter	Optipress II	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1003
Baxter	Optipress II	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1000
Baxter	Optipress II	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1004
Baxter	Optipress II	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1001
Baxter	Alyx	1	BRVK	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2005	30528
Baxter	AMICUS	1	BRVK	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	1999	2111
Baxter	AMICUS	1	BRVK	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2004	2865
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1991	3471
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1991	3474

Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	3616
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3709
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3712
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3719
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	3706
Baxter	CM-X3	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3758
Baxter	Optimix	1	BRVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0064
Baxter	Optimix	1	BRVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0045
Baxter	CM-X3	1	Debreceni RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3722
Baxter	CM-X3	1	Debreceni RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8188
Baxter	Optimix	1	Debreceni RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-14-0033
Baxter	Optimix	1	Debreceni RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0041
Baxter	AMICUS	1	Délpesti TV	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2006	1828
Baxter	CM-X3	1	Délpesti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	3617
Baxter	CM-X3	1	Egri TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8311
Baxter	CM-X3	1	Egri TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	3705
Baxter	Optipress II	1	Győri RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1016
Baxter	Optipress II	1	Győri RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1017

Baxter	Optipress II	1	Győri RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1012
Baxter	Optipress II	1	Győri RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2002	MDD 0204-1018
Baxter	AMICUS	1	Győri RVK	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2006	2099
Baxter	CM-X3	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8271
Baxter	CM-X3	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8190
Baxter	CM-X3	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8263
Baxter	CM-X3	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8267
Baxter	CM-X3	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8895
Baxter	Optimix	1	Győri RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0047
Baxter	Optimix	1	Győri RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0051
Baxter	Optimix	1	Győri RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0065
Baxter	Optimix	1	Győri RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0068
Baxter	CM-X3	1	Kaposvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3740
Baxter	CM-X3	1	Kaposvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3743
Baxter	CM-X3	1	Kaposvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3753
Baxter	CM-X3	1	Kaposvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3754
Baxter	CM-X3	1	Kaposvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3756

Baxter	CM-X3	1	Kecskeméti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3788
Baxter	CM-X3	1	Kecskeméti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3790
Baxter	CM-X3	1	Kecskeméti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3796
Baxter	CM-X3	1	Kecskeméti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3797
Baxter	CM-X3	1	Kecskeméti TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1998	8925
Baxter	Alyx	1	Miskolci TV	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2005	30517
Baxter	CM-X3	1	Miskolci TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1999	3723
Baxter	CM-X3	1	Nyíregyházi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1996	3908
Baxter	CM-X3	1	Nyíregyházi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1996	8935
Baxter	CM-X3	1	Nyíregyházi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1996	8907
Baxter	CM-X3	1	Nyíregyházi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8309
Baxter	Optipress II	1	Pécsi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1008
Baxter	Optipress II	1	Pécsi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1009
Baxter	Optipress II	1	Pécsi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1010
Baxter	Optipress II	1	Pécsi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1011
Baxter	CM-X3	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3711
Baxter	CM-X3	1	Péterfy S. TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3662

Baxter	CM-X3	1	Péterfy S. TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3663
Baxter	CM-X3	1	Péterfy S. TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3627
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3891
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3892
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3893
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3894
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3895
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3896
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3897
Baxter	CM-X3	1	Soproni TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	8417
Baxter	AMICUS	1	Szegedi RVK	251 750,-	302 100,-	20	sejtszeparátor	2006	1864
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3704
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3748
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3749
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3750
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3751
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3757
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	3909
Baxter	CM-X3	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	8686

Baxter	Optimix	1	Szegedi RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0054
Baxter	Optimix	1	Szegedi RVK	49 400,-	59 280,-	20	vérvételi rázómérleg	2002	1-15-0048
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3727
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3713
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3714
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3718
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3728
Baxter	CM-X3	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3741
Baxter	CM-X3	1	Szekszárdi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8304
Baxter	CM-X3	1	Szekszárdi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8308
Baxter	CM-X3	1	Szekszárdi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8310
Baxter	CM-X3	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8128
Baxter	CM-X3	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8129
Baxter	CM-X3	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8189
Baxter	CM-X3	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	3724
Baxter	CM-X3	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	3725
Baxter	Optipress II	1	Szombathelyi TV	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1013
Baxter	Optipress II	1	Szombathelyi TV	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1014

Baxter	Optipress II	1	Szombathelyi TV	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparáló	2005	MDD 0411-1012
Baxter	CM-X3	1	Szombathelyi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3720
Baxter	CM-X3	1	Szombathelyi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3789
Baxter	CM-X3	1	Szombathelyi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3795
Baxter	CM-X3	1	Váci TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3707
Baxter	CM-X3	1	Váci TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1992	3708
Baxter	Optipress II	1	Veszprémi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1015
Baxter	Optipress II	1	Veszprémi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1016
Baxter	Optipress II	1	Veszprémi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1017
Baxter	Optipress II	1	Veszprémi RVK	112 100,-	134 520,-	20	automata vérkomponens szeparátor	2005	MDD 0411-1018
Baxter	CM-X3	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8264
Baxter	CM-X3	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8265
Baxter	CM-X3	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8266
Baxter	CM-X3	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1993	8268
Baxter	CM-X3	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1995	8663
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1994	8245

Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1994	8414
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1994	8415
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1994	8418
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	1994	8419
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	8922
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	8930
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	8941
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	3716
Baxter	CM-X3	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	vérvételi rázómérleg	2001	3742
Biomerieu	-	5	-	362 900,-	435 480,-	20	2. részben szereplő készülékek		
Biomerieu	Coag-A-Mate XM	1	Bajai TV	102 600,-	123 120,-	20	coagulométer	2001	601XM2177
Biomerieu	W 400	1	BRVK	22 800,-	27 360,-	20	automata mosó	1993	93/342
Biomerieu	I-500	1	BRVK	32 300	38 760,-	20	inkubátor	1993	1993/0800
Biomerieu	Coag-A-Mate XM	1	Debreceni RVK	102 600,-	123 120,-	20	coagulométer	2000	308XM1536
Biomerieu	Coag-A-Mate MTX	1	Szegedi RVK	102 600,-	123 120,-	20	coagulométer	2001	260223
Chrono- Log	-	1	-	79 800,-	95 760,-	20	3. részben szereplő készülékek		
Chrono- Log	460	1	Veszprémi RVK	79 800,-	95 760,-	20	Aggregométer	1996	964125


Helmer	-	42	-	1 818 300,-	2 181 960,-	20	4. részben szereplő készülékek		
Helmer	PC 2200	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	1990	267950
Helmer	PC 2200	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2002	MDD 341436
Helmer	PC 2200	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2002	961295
Helmer	PF 48	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	619594
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	1999	863350B
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	1999	863369B
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	1999	863497B
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960967
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960968
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960969
Helmer	PFS 84	1	BRVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960970
Helmer	PC 4200	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	trombocita- rázó inkubátorral	2003	964111
Helmer	PC 4200	1	BRVK	112 100,-	134 520,-	20	trombocita- rázó inkubátorral	2003	964110
Helmer	PFS 84	1	Debreceni RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2001	925818B
Helmer	PFS 84	1	Délpesti TV	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	619787
Helmer	PC 2200	1	Egri TV	38 000,-	45 600,-	20	tnkubátor	2003	962544
Helmer	PFS 84	1	Egri TV	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	962424
Helmer	PFS 84	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	962425

Helmer	PFS 84	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	964058
Helmer	PC 2200	1	Győri RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2003	962609
Helmer	PC 4200	1	Miskolci TV	112 100,-	134 520,-	20	trombocita- rázó inkubátorral	2004	963971
Helmer	PC 2200	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2002	MDD 341169M
Helmer	PC 2200	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2003	964106
Helmer	PFS 84	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960964
Helmer	PFS 84	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2002	960966
Helmer	PFS 84	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	964056
Helmer	PFS 84	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	964055
Helmer	PFS 84	1	Pécsi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2001	849833B
Helmer	PC 2200	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2003	963903
Helmer	PFS 84	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	964052
Helmer	PFS 84	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	964053
Helmer	PFS 84	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	1995	655724
Helmer	PFS 84	1	Szegedi RVK	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	1995	655681
Helmer	PF 96	1	Székesfehérvári TV	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2001	439378
Helmer	PFS 84	1	Szolnoki TV	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2001	9266198
Helmer	PC 2200	1	Váci TV	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2003	962860
Helmer	PFS 84	1	Váci TV	38 000,-	45 600,-	20	trombocita- rázó	2003	962608
Helmer	PC2200	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	inkubátor	2003	964105

Helmer	PFS 84	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	Trombocita rázó	2003	964063
Helmer	PFS 84	1	Veszprémi RVK	38 000,-	45 600,-	20	Trombocita rázó	2003	964054
Helmer	PFS 84	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	Trombocita rázó	2003	963132
Helmer	PC 2200	1	Zalaegerszegi TV	38 000,-	45 600,-	20	Inkubátor	2003	962545

Lambda-Med Kft.

Budapest, 2008. szeptember 17.



.....
 Dr. Viczián Miklós
 ügyvezető
 Vállalkozó

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2008. szeptember 17.



.....
 Dr. Miskovits Eszter
 főigazgató
 Megrendelő



Ellenjegyzem:
 Budapest, 2008. 09. 18.



.....
 Pájer Péter
 gazdasági főigazgató-helyettes

2. számú melléklet

1.) Baxter gyártmányú készülékek karbantartásának műszaki tartalma

Sejtszeparátorok (Alyx, Amicus): Karbantartási ciklus 6 hónap

- Tisztítás
- Relék ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
- Optika beállítása
- Nyomás értékek offset beállítása, gain ellenőrzése
- Szeparáló kamrák ellenőrzése, beállítása, betétek szükség szerinti cseréje
- Gear boxok ellenőrzése, kenése, szükség szerinti cseréje
- Funkcionális ellenőrzés gyári forgatókönyv szerint
- Centrifuga rendszer ellenőrzése, beállítása

Vérvételi rázómérleg (CM-X3, Optimix): Karbantartási ciklus 12 hónap

- Tisztítás
- Funkcionális ellenőrzés gyári forgatókönyv szerint
- Mozgató mechanika ellenőrzése
- Clamp működés ellenőrzése
- Mérőbéllyeg ellenőrzése
- Mérőegység beállítása
- Kalibrálás hiteles súllyal

Automata vérkomponens szeparátor (optipress II): Karbantartási ciklus 12 hónap

Tartozékai: optilink vérfeldolgozó

Weigh scale

- Általános tisztítás
- Alsó felső clamp ellenőrzése, hegesztő fejek távolságának ellenőrzése, beállítása
- Motor ellenőrzése
- Érzékelők ellenőrzése, kalibrálása

2.) Biomerieu gyártmányú készülékek karbantartásának műszaki tartalma:

Coagulométer (Coag-A-Mate XM, Coag-A-Mate MTX): Karbantartási ciklus 6 hónap

- Tisztítás
- Optika ellenőrzés, beállítás
- Küvetta szállító mechanizmus beállítása
- Pumpák ellenőrzése, kenése
- Hűtőrendszer ellenőrzése

Automata mosó (W-400) : Karbantartási ciklus 12 hónap

- Folyadékkal érintkező csövek ellenőrzése, szükség szerinti cseréje
- Adagoló szelep ellenőrzése
- Pumpaegység vákum és nyomó oldalának ellenőrzése
- Mosófej tömítéseinek ellenőrzése
- Mosófej adagoló/elszívó csöveinek ellenőrzése
- Mosófej beállításainak ellenőrzése
- Adagolás mennyiségének ellenőrzése
- Elszívás ellenőrzése
- Próbamosás

inkubátor (I-500): Karbantartási ciklus 12 hónap

- Belső akkumulátor ellenőrzése
- Fiókok mozgásának ellenőrzése
- Fiókérzékelő kapcsolók ellenőrzése
- Tasztatúra ellenőrzése
- Áramkimaradás utáni indulás ellenőrzése

- Fiókhőmérsékletek ellenőrzése (beállított hőmérséklet: 37°C; megengedett eltérés: +/- 1°C)

3.) Chrono-Log gyártmányú készülékek karbantartásának műszaki tartalma:

Aggregométer (460): Karbantartási ciklus 12 hónap

- A készülék belső portalanítása, hűtő ventilátor működésének ellenőrzése.
- Optikai fényút tisztítása.
- Termosztát hőmérséklet ellenőrzése.
- Mágneses keverőmotorok és fordulatszám szabályzó ellenőrzése.
- Maximális fényáram ellenőrzése (- 3 V) mindkét csatorna esetén. Állítás szükség szerint.
- Írómű mozgásának ellenőrzése, megvezető sín tisztítása, kenése.
- Írómű null és véghelyzet ellenőrzés.
- Funkció ellenőrzés, a két csatorna együtt futtásának ellenőrzése valós vérmintával.

4.) Helmer gyártmányú készülékek karbantartásának műszaki tartalma:

Inkubátor (PC2200); Trombocita rázó inkubátorral (PC4200): Karbantartási ciklus 12 hónap

- -általános tisztítás
- -kompresszor hűtőrendszerének tisztítása
- -regisztrációs egység ellenőrzése,
- -kamrahőmérséklet ellenőrzése
- -hőmérséklet monitorozó ellenőrzése
- -4200 típusnál a beépített rázó ellenőrzése, karbantartása

Trombocita rázó (PF48, PFS84, PF96): karbantartási ciklus 12 hónap

- -általános tisztítás
- -mozgásfigyelő ellenőrzése
- -motor, görgők ellenőrzése kenése

Valamennyi gyártmányú és típusú készülék esetében az adott gyártó által előírt és javasolt karbantartási munkákat is értelemszerűen el kell végezni.

Lambda-Med Kft.

Budapest, 2008. szeptember 17.

.....
Dr. Viczián Miklós
ügyvezető
Vállalkozó

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest, 2008. szeptember 17.

.....
Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. 09.18.

.....
Pájer Réter
gazdasági főigazgató-helyettes

4.számú melléklet

Kiszállási díjak
Vállalkozó legközelebbi székhelyétől/telephelyétől/fióktelepétől/
tevékenységének gyakorlási helyétől számítottan (oda-vissza)

1. számú rész tekintetében

A kiszállási díj egységára: 126 bruttó Ft/km

Vérellátó megnevezése és címe	Ajánlattevő legközelebbi székhelye/telephelye/fióktelepe/tev.gyak.helye címe (házsám pontossággal)	Távolság (oda-vissza számítottan)	Díj (bruttó Ft, távolságegységár)
Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0 Ft
Péterfy Sándor utcai TV (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-14.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0 Ft
Délpesti Területi Vérellátó (1204 Budapest, Köves u. 2-4.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0Ft
Egri Területi Vérellátó (3300 Eger, Árva köz 1.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	260 km	32 760,-Ft
Váci Területi Vérellátó (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	74 km	9 324,-Ft
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar u. 8.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	236 km	29 736,-Ft
Szombathelyi Területi Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 38.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	434 km	54 684,-Ft
Soproni Területi Vérellátó (9400 Sopron, Győri u. 15.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	408 km	51 408,-Ft
Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	220 km	27 720,-Ft
Székesfehérvári Területi Vérellátó (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	128 km	16 128,-Ft
Zalaegerszegi Területi Vérellátó (8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	432 km	54 432,-Ft
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	398 km	50 148,-Ft
Kaposvári Területi Vérellátó (7400 Kaposvár, Talián Gy. u. 20-43.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	366 km	46 116,-Ft
Szekszárdi Területi Vérellátó (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	294 km	37 044,-Ft
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi B. utca 2.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	350 km	44 100,-Ft
Békéscsabai Területi Vérellátó (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18-20.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	414 km	52 164,-Ft
Kecskeméti Területi Vérellátó (6000 Kecskemét, Koháry krt. 4.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	180 km	22 680,-Ft

Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	444 km	55 994,-Ft
Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	350 km	44 100,-Ft
Szolnoki Területi Vérellátó (5000 Szolnok, Tószeg u. 21.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	208 km	26 208,-Ft
Nyíregyházi Területi Vérellátó (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 75.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	462 km	58 212,-Ft
Kiszállási díj összesen a rész tekintetében*:		5 658 km	712 908,-Ft

2. számú rész tekintetében

A kiszállási díj egységára: 126 bruttó Ft/km

Vérellátó megnevezése és címe	Ajánlattevő legközelebbi székhelye/telephelye/ fióktelepe/ tev.gyak.helye címe (házszám pontossággal)	Távolság (oda-vissza számítottnan)	Díj (bruttó Ft, távolságegységár)
Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0 Ft
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi B. utca 2.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	350 km	44 100,-Ft
Bajai Területi Vérellátó (6500 Baja, Rókus u. 10.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	328 km	41 328,-Ft
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	444 km	55 994,-Ft
Kiszállási díj összesen a rész tekintetében*:		1 122 km	141 372,-Ft

3. számú rész tekintetében

A kiszállási díj egységára: 126 bruttó Ft/km

Vérellátó megnevezése és címe	Ajánlattevő legközelebbi székhelye/telephelye/ fióktelepe/ tev.gyak.helye címe (házszám pontossággal)	Távolság (oda-vissza számítottnan)	Díj (bruttó Ft, távolságegységár)
Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	220 km	27 720,-Ft
Kiszállási díj összesen a rész tekintetében*:		220 km	27 720,-Ft

4. számú részajánlat tekintetében

A kiszállási díj egységára: 126 bruttó Ft/km

Vérellátó megnevezése és címe	Ajánlattevő legközelebbi székhelye/telephelye/fióktelepe/tev.gyak.helye címe (házsám pontossággal)	Távolság (oda-vissza számítottan)	Díj (bruttó Ft, távolságegységár)
Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0 Ft
Egri Területi Vérellátó (3300 Eger, Árva köz 1.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	260 km	32 760,-Ft
Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar u. 8.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	236 km	29 736,-Ft
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	444 km	55 944,-Ft
Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	350 km	44 100,-Ft
Délpesti Területi Vérellátó (1204 Budapest, Köves u. 2-4.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	0 km	0 Ft
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	398 km	50 148,-Ft
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged, Somogyi B. utca 2.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	350 km	44 100,-Ft
Székesfehérvári Területi Vérellátó (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	128 km	16 128,-Ft
Szolnoki Területi Vérellátó (5000 Szolnok, Tószeg u. 21.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	208 km	26 208,-Ft
Váci Területi Vérellátó (2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	74 km	9 324,-Ft
Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	220 km	27 720,-Ft
Zalaegerszegi Területi Vérellátó (8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.)	1026 Budapest, Hidász u. 7.	432 km	54 432,-Ft
Kiszállási díj összesen a rész tekintetében*:		3 100 km	390 600,-

Budapest, 2008. szeptember 17.

Lambda-Med Kft.

Dr. Viczián Miklós
ügyvezető
Vállalkozó

Budapest, 2008. szeptember 17.

Országos Vérellátó Szolgálat

Dr. Miskovits Eszter
főigazgató
Megrendelő

Ellenjegyzem:

Pájer Péter
gazdasági főigazgató-helyettes